

开标一览表

项目编号：YLZB-G2018059 号

项目名称： 许昌市中心医院所需“彩超等医疗设备”采购项目

目 单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期 (天)	备注
一	许昌市中心医院所需“彩超等医疗设备”采购项目	大写：贰拾贰万玖仟元整 小写：¥229,000.00	签订合同后 20 天	无
...		大写： 小写：		

投标人名称：河南天衡医疗科技有限公司（公章）：

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

李商伟

日期：2018 年 10 月 25 日

注：交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

4.1 投标分项报价表

项目编号：YLZB-G2018059 号

项目名称：许昌市中心医院所需“彩超等医疗设备”采购项目

序号	名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地及厂家
1	彩超	VINNO X5	<p>1、具有19英寸的医用专业彩色液晶显示器，显示器可视角度176°，并具有10英寸的触摸控制显示屏，可实现体标和注释快速标注。</p> <p>2、具有B、4B、B+B、M、D、C、B+D、B+M、B\C双实时和三同步多种显示模式。</p> <p>3、具有图像增强技术、二维图像角度独立偏转技术、空间复合成像技术和频率复合成像技术。</p> <p>4、设备接收信号动态范围为30~280dB，精度2 dB。</p> <p>5、具有5个USB数据接口，并具有一键导出图像数据功能。</p> <p>6、具有超宽频带全数字化声束形成器，可实现连续动态可变孔径及数字化动态聚焦，发射声束聚焦8段，探测深度24cm，显示深度40cm。</p> <p>7、可在实时和回放状态下自动测量多普勒频谱，并具有实时三同步功能（B、Color、PW模式）。</p>	台	1	229000.00	229000.00	江苏苏州、飞依诺科技（苏州）有限公司

		<p>8、频谱多普勒最大测量血流速度PWD7.6米/秒，最低测量血流速度0.8毫米/秒。</p> <p>9、具有彩色多普勒成像、能量多普勒成像、方向能量多普勒成像、组织谐波成像、组织特征成像、扩展成像和梯形成像功能。</p> <p>10、具有图像局部放大功能，可实现图像局部放大后设置彩色血流模式、能量多普勒模式和频谱多普勒模式。</p> <p>11、可360度任意旋转角度的M型取样线，并具有血管内中膜自动测量、分析和报告功能。</p> <p>12、配备超宽频线阵探头1把，频率范围为8 MHz~16MHz。</p> <p>13、配备超宽线阵探头1把，成像区域5cm。</p> <p>14、触点式探头接口，支持便携式超声探头使用。</p> <p>15、整套设备自验收合格之日起</p>				
合计		<p>原保修期三年。</p>				
		<p>大写：贰拾贰万玖仟元整</p>			小写：229000.00	

投标人（公章）：河南天衡医疗科技有限公司

投标人法定代表人（或授权代表）签字：

李商伟